



ISO 9001
BUREAU VERITAS
Certification



07-300 Ostrow Mazowiecka, ul. Duboisa 68
tel. (029) 746 37 11, fax. (029) 746 37 06
sekretariat@szpitalostrowmaz.pl
www.szpitalostrowmaz.pl



SAMODZIELNY PUBLICZNY
ZESPÓŁ ZAKŁADÓW
OPIEKI ZDROWOTNEJ
W OSTROWI MAZOWIECKIEJ

leczymy z uśmiechem

Ostrow Mazowiecka, dnia 10.08.2023 r.

nr postępowania: SPZZOZ.XII.381.7/2023/ZP/PU

Do wszystkich , którzy ubiegają się
o udzielenie zamówienia publicznego

WYJAŚNIENIA DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO

Dotyczy: zapytania ofertowego prowadzonego na podstawie art. 2 ust.1 pkt.1 ustawy z dnia 11 września 2019 roku (Dz.U. 2022.1710 ze zm.) na „*dostawy pojemników na materiał skażony dla potrzeb Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Ostrowi Mazowieckiej*”..

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Ostrowi Mazowieckiej, ul. Duboisa 68, w odpowiedzi na zapytania do ZO wyjaśnia:

Pytanie 1 Poz. 6 proszę o doprecyzowanie opis przedmiotu zamówienia w poz.6 pojemnik 1,5 L.

Proszę o podanie kształt i wymiar otworu w tace do której ma być wstawiany pojemnik 1,5 L?

Opis przedmiotu zamówienia trudno dopasować do jakiegokolwiek pojemnika występującego na naszym rynku. Proszę o dookreślenie opisu przedmiotu zamówienia przekątna nie może być krótsza niż szerokość pojemnika (w obecnym opisie tak jest).

Odpowiedź – Doprecyzowany opis przedmiotu zamówienia pojemnika 1,5 l z poz.6 :
szer. 9,5 cm , dl. x 24 cm , wys.14 cm (pojemnik ma zaokrąglone boki), otwór wrzutowy-
dl.14 cm , szer. 6 cm (owal) - pojemnik typu: Multi-Safe Vario.

Pytanie 2 Poz. 6 - proszę o dopuszczenie pojemnika 1,5 L, okrągłego, w kolorze czerwonym, o następujących wymiarach: średnica:10-12cm, wysokość: 17,5cm, średnica otworu wrzutowego 6,5 cm.

Odpowiedź – Nie, nie dopuszczamy.

Z poważaniem

DYREKTOR
Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów
Opieki Zdrowotnej w Ostrowi Mazowieckiej

Artur Wtłuk